



Pane Bednáře,

odpověď na Vaši otázku/poznámku:

Specifikace předmětu veřejné zakázky uvádí konkrétní rozsah rozměru matrace (příloha č. 1) a matrace je součástí lůžka.

Podle Kupní smlouvy (příloha 4) je lhůta dodání 4 týdny od podpisu kupní smlouvy.

U pečovatelského lůžka B požadujeme, aby lůžka měla možnost prodloužení podle přílohy č. 1.

S pozdravem

Marek Hošek

---

*Dotaz:*

*Dobrý den pane Hošku,*

*rádi bychom Vám zpracovali cenovou nabídku na poptávaná elektrická pečovatelská lůžka do výběrového řízení, mám na Vás několik dotazů, které bych chtěl zodpovědět:*

- 1. Lůžka mají být s matracemi nebo bez? Pokud ano, nějaké základní pasivní matrace v minimální výšce 12 cm?*
- 2. Lůžka se nebudou dodávat v tomto roce?*
- 3. U lůžka typu B – prodloužení max. o 20 cm, chcete již dodat lůžka s prodloužením nebo jen aby ta lůžka tuto možnost prodloužení měla?*

*Moc Vám děkuji za odpovědi a s pozdravem*

*LB BOHEMIA, s. r. o.*

*David Bednár*

*prokurista pověřený vedením společnosti*

*Sovadinova 3431*

*690 02 Břeclav*

*Telefon: 777 127 428*

*mail: bednar@LBBOHEMIA.cz*